

## LAUDO DE ANÁLISE

**Produto: 86434 - Chlorclear 1% Aquosa 100ml /Gliconato de Clorexidina      Boletim Análise: 48572**

**Lote: M34329                      Fabricação: 20/04/2023                      Validade: 2 Anos**

**Data Análise: 25/04/2023                      Especificação PA: 145**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Solução aquosa límpida.	dde
Cor	De incolor a levemente amarelo	dde
Odor	Característico	dde
pH	De 5,5 a 7,0	5,98
Densidade	De 0,950 a 1,020 g/ml	1,005 g/ml
Viscosidade	De 1,0 a 2,5 mPas	1,65 mPas
Teor	De 0,8 a 1,2%	1,00%
Teste Microbiológico	-	-
Ct bactérias aeróbicas	No máximo 100 UFC/ml	<10 UFC/ml
Ct total de bolores e leveduras	No máximo 10 UFC/ml	<10 UFC/ml
Bac gram neg bile toler	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	Ausente	Ausente
Salmonella sp	Ausente	Ausente
Pseudomonas Aeruginosas	Ausente	Ausente
Staphylococcus Aureus	Ausente	Ausente
Candida Albicans	Ausente	Ausente
Embalagem Primária	-	-
Aspecto	Embalagem integra, sem manchas , sem	-
-	rachaduras , sem defeitos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Rótulo	Sem defeitos na impressão.	dde
Embalagem de embarque	-	-
Aspecto	Embalagem integra , sem manchas , sem	-
-	defeitos , sem vazamentos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número	-
-	do lote e a data de validade.	dde
Observação	Caso ocorra alteração na cor do produto	-
-	este permanece dentro dos limites	-
-	especificados durante a sua validade.	dde
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	104,48
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	1,06

## LAUDO DE ANÁLISE

**Produto: 86434 - Chlorclear 1% Aquosa 100ml /Gliconato de Clorexidina**      **Boletim Análise: 48572**

**Lote: M34329**                      **Fabricação: 20/04/2023**                      **Validade: 2 Anos**

**Data Análise: 25/04/2023**                      **Especificação PA: 145**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
-----------------	----------------	-----------

dde - dentro das especificações  
fde - fora das especificações

**Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.**

Data Emissão: 08/05/2023

Dra. Lais Mariana Roveri  
Farmacêutica - CRF-SP 102448

Dra. Tatiani Cristina Bonelli  
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Célia R.R.O Sassi  
Farmacêutica - CRF-SP 14.815